

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Siófok Város Kórház-Rendelőintézet

8600 Siófok, Semmelweis u. 1.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Adás-vételi szerződés magastudású, új kardiológiai ultrahang készülék beszerzésére

1 db magas tudású kardiológiai ultrahang készülék

3. A választott eljárás fajtája: **Egyszerű eljárás**

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: **Igen**

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás:

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): **2 db**

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

Variotrade Kft. (1133 Budapest, Dráva u. 11.)

Ár	Nettó: 28.400.000,- Ft. ÁFA: 7.100.000,- Ft. Bruttó: 35.500.000,- Ft.
Programozható érintőképernyő igen-nem	Igen
Fókuszszóna hossz állíthatósága	Min hossz: 5 cm Max hossz: 11 cm
Kalkulációs programok díjmentes upgrade-jének vállalása igen-nem	Igen
Fokozatmentesen szűkíthető 2D szektorméret és a steering a 90 fokos ablakon belül igen- nem	Igen
Adaptív Color Doppler (a készülék automatikusan állítja a Color Doppler frekvenciáját a Color ablak pozíciájától függően) igen-nem	Igen

Color ablak tetszőleges mérete rögzíthető legyen a presetben igen-nem	Igen
Szöghorrekció lehetősége a kimerevített képen is igen-nem	Igen
Color compare (élő 2D és Color kép egymás mellett) igen-nem	Igen
A TDI üzemmód bekapcsolásakor a PW doppler érzékenysége automatikusan álljon kb. 10-20 cm/s-os tartományban igen-nem	Igen
3D color igen-nem	Nem
3D képből legyen lehetőség egy szelet kivágására élő és merevített képen is két független módszernél	Igen
A kimerevített vagy HDD-ről visszajátszott 3 D képeken a készülék a teljes 3D loop-on automatikusan érzékelje az endocardium mellett az epicardium felszínét is igen-nem	Igen
Mérési eredmények elmentése külső adathordozón DICOM formátumban is igen-nem	Igen
Garanciális idő (minimum 24 hónap)	24 hónap
ingyenes betanítási napok száma:	120 nap
Az előírtnál kedvezőbb fizetési határidő (nap)	60 nap

Hun- Med Kft. (2040 Budaörs, Károly király út 39.)

Ár	Nettó: 31.845.000,- Ft ÁFA: 25 % Bruttó: 39.806.250,- Ft.
Programozható érintőképernyő igen-nem	Igen
Fókuszszóna hossz állíthatósága	Igen 29 cm
Kalkulációs programok díjmentes upgrade-jének vállalása igen-nem	Igen
Fokozatmentesen szűkíthető 2D szektorméret és a steering a 90 fokos ablakon belül igen- nem	Igen
Adaptív Color Doppler (a készülék automatikusan állítja a Color Doppler frekvenciáját a Color ablak pozíciájától függően) igen-nem	Igen
Color ablak tetszőleges mérete rögzíthető legyen a presetben igen-nem	Igen

Szögkorrekció lehetősége a kimerevített képen is igen-nem	Igen
Color compare (élő 2D és Color kép egymás mellett) igen-nem	Igen
A TDI üzemmód bekapcsolásakor a PW doppler érzékenysége automatikusan álljon kb. 10-20 cm/s-os tartományban igen-nem	Igen
3D color igen-nem	Igen
3D képből legyen lehetőség egy szelet kivágására élő és merevített képen is két független módszernél	Igen 3 féle módszer
A kimerevített vagy HDD-ről visszajátszott 3 D képeken a készülék a teljes 3D loop-on automatikusan érzékelje az endocardium mellett az epicardium felszínét is igen-nem	Igen
Mérési eredmények elmentése külső adathordozón DICOM formátumban is igen-nem	Igen
Garanciális idő (minimum 24 hónap)	27 hónap
ingyenes betanítási napok száma:	30 nap
Az előírtnál kedvezőbb fizetési határidő (nap)	120 nap

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

Az elbírálás részszempontjai	Részszempontok súlyszámai	Variotrade		Hun-Med	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
1. Ár	70	10	700	9,03	632,1
2. Orvosszakmai, műszaki szempontok	20		171,03		200
2.1 Programozható érintőképernyő igen-nem (megléte előny)	5	10	50	10	50
2.2 Fókuszszóna hossz állíthatósága, előny a nagyobb	3	2,86	8,58	10	30
2.3 Kalkulációs programok díjmentes upgrade-jének vállalása igen-nem (megléte előny)	5	10	50	10	50
2.4 Fokozatmentesen szűkíthető 2D szektorméret és a steering a 90 fokos ablakon belül igen-nem (megléte előny)	3	10	30	10	30

2.5 Adaptív Color Doppler (a készülék automatikusan állítja a Color Doppler frekvenciáját a Color ablak pozíciájától függően) igen-nem (megléte előny)	2	10	20	10	20
2.6 Color ablak tetszőleges mérete rögzíthető legyen a presetben igen-nem (megléte előny)	2	10	20	10	20
2.7 Szögkorrekció lehetősége a kimerevített képen is igen-nem (megléte előny)	5	10	50	10	50
2.8 Color compare (élő 2D és Color kép egymás mellett) igen-nem (megléte előny)	5	10	50	10	50
2.9 A TDI üzemmód bekapcsolásakor a PW doppler érzékenysége automatikusan álljon kb. 10-20 cm/s-os tartományban igen-nem (megléte előny)	2	10	20	10	20
2.10 3D color igen-nem (megléte előny)	4	1	4	10	40
2.11 A 3D képből legyen lehetőség egy szelet kivágására élő és merevített képen is, legalább két független módszerrel (előny a több)	5	7	35	10	50
2.12 A kimerevített vagy HDD-ről visszajátszott 3 D képeken a készülék a teljes 3D loop-on automatikusan érzékelje az endocardium mellett az epicardium felszínét is igen-nem (megléte előny)	4	10	40	10	40
2.13 Mérési eredmények elmentése külső adathordozón DICOM formátumban is igen-nem (megléte előny)	5	10	50	10	50
3. Garanciális idő (minimum 24 hónap)	5	9	45	10	50
4. Ingyenes betanítási napok száma:	3	10	30	3,25	9,75
5. Az előírtnál kedvezőbb fizetési határidő (nap)	2	5,5	11	10	20
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként			957,03		911,85

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:
1-10 pont

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az 1., 3., 4., 5. részszerzőpontok esetében a legjobb ajánlat kapta a 10 pontot, míg a többi ajánlat pontszáma arányosítással került meghatározásra a legjobb ajánlathoz viszonyítva. A 2. részszerzőpont alszerzőpontjai esetében az igen-nem típusú válaszok esetében az igen válasz kapott 10 pontot, a nem válasz kapott 1 pontot. A többi alszerzőpont esetében a legjobb ajánlat kapta a 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma arányosítással került meghatározásra a legjobb ajánlathoz viszonyítva. A 2. részszerzőpont súlyszáma 20, alszerzőpontjai súlyszámainak összege 50, ezért az egyes alszerzőpontokra adott pontszám értékeket 2/5 arányban kellett csökkenteni.

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Variotrade Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 11.

28.400.000,- Ft + Áfa

Összegében legkedvezőbb ajánlat

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Hun- Med Kft. 2040 Budaörs, Károly király út 39.

31.845.000,- Ft + Áfa

Összegében második legkedvezőbb ajánlat

9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? **Nem**

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? **Igen**

10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:-

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:-

12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja:

2009. október 1.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja:

2009. október 8.

14.* Egyéb információk: -

15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének/megküldésének napja:

KÉ 1854/2009 2009. augusztus 19.

17. Az eredményhirdetés időpontja: **2009. október 1. 10 óra**

18. Az összegezés elkészítésének időpontja: **2009. szeptember 30.**

19.* Az összegezés javításának indoka: -

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.